

snøgg



AED+PLUS

HJERTESTARTER

Norgesplaster AS
Granlivegen 21
N-4707 Vennesla
Tel: + 47 38 15 22 00,
Epost: snogg@snogg.no
snogg.no | snogg.com



I Norge dør ca 3-4000 personer årlig av plutselig uventet hjertestans. Tidlig HLR og bruk av hjertestarter redder flere liv!

Dramatisk øyeblikk

Det skjer uventet, og helt plutselig, når noen faller om med plutselig uventet hjertestans. Det rammer både unge og eldre, aktive og tilsynelatende friske personer. Når hjertet slutter å slå, er det helt avgjørende å handle raskt. AEDPlus er trygg, enkel, lett å bruke, og gir bruker god veiledning under bruk. AEDPlus hjertestarter har mange unike egenskaper:



Elektrode:

Elektroden gir brukeren kontinuerlig tilbakemelding på hvordan hjertekompresjoner blir utført. Den gir følgende tilbakemeldinger i stemmebruk og tekst i displayet: Trykk hardere, God kompresjon, Fortsett HLR, Gi 2 innblåsninger. En metronom veileder brukeren til å holde riktig frekvens på kompresjonene, 100 pr. minutt.

Elektrodepakken leveres med saks, hansker, munn til munnmaske, sårserviett, samt en effektiv barberhøvel for fjerning av hår på pasient.

Batterier:

AEDPlus leveres med 10 stk Lithium batterier DL 123 a som er kommersielle batterier. Batteriene er holdbare i 5 år og er tilgjengelige de fleste steder der batterier kan kjøpes.

Batteriene er plassert på baksiden av maskinen og er enkle å skifte. AEDPlus vil fortelle bruker med stemme når batteriene skal skiftes. Maskinen registrerer også om elektroden er montert i maskinen og indikerer feil hvis kontakten ikke står i.

Generelt:

AEDPlus leveres med piktogrammer på frontpanelet, tekst og lys i displayet samt stemme som veileder når maskinen blir brukt. Maskinen har IP 55 og kan brukes i alle type miljøer, ute som inne. AEDPlus har infrarød port for enkel overføring av data ved bruk i hendelser. Dataprogrammet ResQue nett kan lastes gratis ned til bruk.

Med tilleggsutstyr som simulator og elektrode kan AEDPlus brukes til trening. Maskinen leveres med 7 års fabrikkgaranti (5år + 2 ekstra år ved registrering av hjertestarteren hos produsent).

